

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：招香伯	
	职称：教授	
	工作单位：常州大学制药学院	
项目信息	项目名称：蔡司物镜	
	供应商名称：南京微弗德科学仪器有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>因医工院现有的活细胞工作站显微镜机型号为蔡司 Axio Observer7. 其上面装配的物镜需蔡司专有物镜与之匹配, 因此, 此项目采购来源具有唯一性.</p> <p>经调研核实, 南京微弗德科学仪器有限公司为蔡司物镜江苏省总代理商, 拥有此项目在常州大学所在地区唯一销售权.</p> <p>综上, 蔡司物镜采购采用单一来源采购方式采购</p>	
专业人员签字	招香伯	日期 2022 年 10 月 17 日

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；
 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
 4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少三位是校外专家；
 5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：孔忻
	职称：教授
	工作单位：常州大学
项目信息	项目名称：蔡司物镜
	供应商名称：南京微弗德科学仪器有限公司
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>由于现有的蔡司活细胞工作站显微镜其主机型号为蔡司Axio Observer 7，其需购买的长工作距离63倍增强反差平场复盖相差物镜与之匹配，而各款物镜规格不一无法与现有蔡司显微镜两套。故此项目具有唯一性和不可替代性。</p> <p>经核实南京微弗德科学仪器有限公司为蔡司显微镜江苏省总代理商，拥有此项目在常州大学所有地区唯一销售权。</p> <p>鉴于以上原因，长工作距离的63倍蔡司物镜采购项目需采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 孔忻 日期 2022年10月16日 </div>

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10万元（含）至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数，其中50万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100万元（含）以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张嵘
	职称：教授
	工作单位：常州大学材料学院
项目信息	项目名称：蔡司物镜
	供应商名称：南京微弗德科学仪器有限公司
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>因购买的物镜需与医院现有的活细胞工作站如 Observer 7 匹配，故如项目的采购具有唯一性。</p> <p>经核实南京微弗德科学仪器有限公司为蔡司物镜江苏省总代理商，拥有该项目在常州大学所在地唯一销售权。</p> <p>鉴于以上原因，如蔡司物镜采购项目采用单一来源方式。</p>
专业人员签字	<p>张嵘</p> <p>日期 2022 年 10 月 16 日</p>

- 填表说明：
- 1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
 - 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；
 - 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
 - 4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少三位是校外专家；
 - 5、每位专家独立填写附件 1。